

产品名称：医用无源泄漏电流分析仪（无源）


产品型号：CS1875WFJ



### 性能特点


- 采用 5.6 寸 TFT (640×480) 彩色液晶屏显示彩显示，设置参数及测试参数，显示内容醒目，丰富。
- 测试仪可自动把测试结果以 EXCEL 表格的格式存储到 U 盘中。
- 可通过 U 盘升级软件。
- 泄漏电流测试人体网络 GB9706.1-2020(IEC60601-1: 2012) GB4793.1-2007(IEC61010-1)标准。
- 泄漏电流提供 AC,AC+DC,PEAK,DC 四种检波方式。
- 测试时可显示各个开关的切换状态和测试人体网络。
- 提供测试所需的辅助电源，满足最小泄漏电流 10uA 的要求。
- 标配 PLC 接口，选配 RS232, RS485 接口。
- 符合检规：JJG1188-2022、JJG843-2022。

## MD 人体网络



符合的标准: GB/T12113 (IEC60990)


GB4793.1 (IEC61010-1)



符合的标准: GB/T12113 (IEC60990)、GB4706.1 (IEC60335-1)、

GB4943.1 (IEC60950-1)、GB8898 (IEC60065)、GB4793.1 (IEC61010-1)、



GB7000.1 (IEC60598-1)




符合的标准: GB4793.1 (IEC61010-1)

符合的标准: GB4943.1 (IEC60950-1)、

GB4793.1 (IEC61010-1)



符合的标准: GB9706.1-2007 (IEC60601-1: 2005)



符合的标准: GB9706.1-2020 (IEC60601-1:2012)

## 技术参数

型号			CS1875WFJ
技术 参数	输出 电压	范围	30.0V ~ 300.0V
	精度		± (2%读值+1V)
	分辨率		0.1V
	最大输出功率	无源 (需外置隔离稳压电源, 最大容量 5000VA)	
	电流档位	200uA、2mA、20mA (注: GB4793.1 无 200uA 档)	
	检波方式	AC、RMS、PEAK、DC	
	电流上限设定	0.1uA~20.00mA	
	电流下限设定	0~电流上限	
	MD 人体网络	GB9706.1-2020、GB4793.1-2007	
	电压上升时间	(0.0 ~ 999.9)s 0=电压上升时间关	
泄漏电流表	测试时间	(0.0, 0.3 ~ 999.9)s 0=连续测试	
	间隔时间	(0.0 ~ 999.9)s 0=间隔时间关	
	辅助 电压	范围	30.0V~300.0V
		精度	± (2%读值+1V)
		分辨率	0.1V
	测量范围	(0.000 ~ 20.00)mA	
	分辨率	200uA 档: 0.1uA 2mA 档: 1uA、20mA 档: 10uA	
	测量精度	± (2%+5 个字)	
泄漏电压表	范围	0.0V~300.0V	
	精度	±(2%+1V)	
	分辨率	0.1V	
一般规格	系统电源	110V/220V±10%, 50Hz/60Hz±5%, 5A	
	使用环境	0 °C ~ 40°C, (5 ~ 90) %RH, 粉尘少	
	系统重量 (不含包装)	约 10KG	
	外型尺寸 (mm)	133mm x 350mm x426mm	